# Regione Calabria



# **Azienda Sanitaria Provinciale**

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

# U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Procedura in economia per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'U.O. di Ginecologia Ostetricia del P.O. di Soverato

## **ALLEGATO "A"**

#### LOTTO N. 1 - PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA A RADIOFREQUENZA

#### CIG = 32223363C9

#### Caratteristiche:

- Sistema di sicurezza che consenta:
  - ✓ il controllo della quantità e qualità del contatto elettrodo- paziente;
  - ✓ la variazione della soglia di intervento a seconda di ogni singolo paziente;
  - √ il riconoscimento di un potenziale rischio di bruciatura, con interruzione istantanea dell'erogazione di energia e segnalazione con allarme acustico.
- Schermi LCD indipendenti;
- Tre modalità bipolari: bassa tensione, standard e macrobipolare;
- Modalità auto bipolare.
- Due modalità di taglio: puro e miscelato.
- Due modalità di coagulazione: senza contatto e spray.
- Modalità per la dissezione con possibilità di regolazione dallo strumento.
- Possibilità di controllare la potenza e le modalità.
- Connettori per il riconoscimento automatico degli strumenti e l'attivazione dei display corrispondenti agli strumenti.
- Prese di connessione strumenti.
- Possibilità di regolare l'interfaccia LCD per le procedure laparoscopiche.
- Porte di connessione USB, Ethernet, RS 232.
- Compatibilità con sistema di aspirazione dei fumi chirurgici.
- Compatibilità con sistema a gas argon.

#### La piattaforma elettrochirurgia dovrà essere dotata dei seguenti manipoli:

- N. 4 manipoli riutilizzabili con elettrodo monouso: lungh. 18 cm. circa; 23 cm circa; 28 cm. circa; 26/27 cm circa con morse angolate a 60°;
- N. 1 manipolo di precisione lungh. 16 cm circa;
- N. 1 manipolo con taglio a lama fredda, per la sintesi e il taglio, lungh. Cm 20 circa;
- N. 1 manipolo laparoscopico da 10 mm circa, con taglio a lama fredda, per la sintesi e il taglio, lungh. 37 cm circa;
- N. 1 manipolo laparoscopico da 5 mm circa, con taglio a lama fredda, per la sintesi e il taglio, lungh. 37 cm circa, con attivazione manuale.

#### La piattaforma elettrochirurgia dovrà essere dotata dei seguenti accessori:

- Piattaforma energetica
- Carrello
- Pannello frontale carrello
- Cassetto optional per carrello
- Pedale monopolare
- Pedale bipolare
- Pedale fusione tessuti

## Prezzo a base d'asta = € 20.000,00 oltre I.V.A.

Fimbro e firma per accettazione	Pagina 1

# Regione Calabria



# **Azienda Sanitaria Provinciale**

Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro

## LOTTO N. 2 - N. 1 LETTO DA PARTO

CIG = 32224176A0

#### **Caratteristiche**:

- Letto ginecologico ad altezza variabile
- Regolazione dei movimenti mediante motorizzazione comandata da centralina di comando a pulsantiera mobile
- Inclusioni di vaschetta in acciaio inox estraibile, supporto per lenzuolino in rotolo, maniglioni di tenuta regolabili, asta porta flebo

#### Prezzo a base d'asta = € 2.000,00 + IVA

## **LOTTO N. 3 - N. 1 CARDIOTOCOGRAFO**

CIG = 3222452383

#### **Caratteristiche**:

- Cardiotocografo singolo con sonde piatte a tenuta stagna per un eventuale utilizzo in acqua, se utilizzate connesse ad un trasmettitore telemetrico dedicato;
- Stampante termica integrata;
- Le sonde ultrasuoni devono avere il maggior numero di cristalli possibili;
- Controllo indipendente del volume delle due FC fetali;
- Riconoscimento automatico del movimento fetale:
- Possibilità di sfalsamento delle due FC fetali (con ritardo della seconda traccia di alcuni bpm) in caso di coincidenza delle due FC fetali;
- Settaggio personalizzato degli allarmi per FC max e min;
- Facile accesso al settaggio di parametri quali data e ora;
- Possibilità di settare varie velocità di scorrimento della carta;
- ➤ Già predisposti per l'utilizzo di sistemi telemetrici e per la centralizzazione tramite rete ospedaliera e per la comunicazione dei dati on line da remoto (utilizzando connessioni GPRS)
- Possibilità di integrare stimolatore acustico fetale
- Possibilità di integrazione di opportuno software per la rilevazione del movimento fetale;
- Completo di carrello dedicato, completo di vassoio per raccolta del tracciato, contenitore degli accessori per supporti dedicati per i trasduttori.

# Prezzo a base d'asta = € 2.000,00 + IVA

*******	*******	*******	*******	******

Firmato
Il responsabile del procedimento
Dott. Giuseppe Luca Pagnotta

Firmato
Il Direttore dell'U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dir. Francesco Tropea

m· 1	e firma per accettazione		
Timhro	a firma nar accaftaziona		