



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica  
Direttore Dott.ssa Saveria Grisolia

Prot. n. 17484

Del 20/02/2017

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI E SERVIZI CONNESSI - CIG 6946717437**

#### **CHIARIMENTI N.4**

A fronte dei quesiti posti con riferimento alla gara in oggetto, da alcuni operatori economici del settore, si forniscono i seguenti chiarimenti:

**Quesito 1:** *art. 2.1 del Capitolato Tecnico – Tabella – Detettore – al punto “Dimensioni fisiche del pixel non superiore a 100 micron”. Si richiede se tale caratteristica debba essere valida anche per l'esame di tomo sintesi e quindi, in caso di inring del pixel, la dimensione totale dei pixel binnati debba essere inferiore a 100 micron.*

**Risposta:** le dimensioni fisiche dei megapixel non devono superare i 100 micron, anche per l'esame in tomosintesi.

**Quesito 2:** *è confermato che il canone semestrale unitario base d'asta **non è superabile** ?*

**Risposta:** **si conferma.**

**Quesito 3:** *art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto viene richiesta: “Eventuale dichiarazione di subappalto, resa e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000, contenente i dati richiesti dall'art. 105, D.Lgs. 50/2016. Si richiedono chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016.*

**Risposta:** per quanto attiene l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori, si conferma l'applicabilità dell'art. 105, c. 6, D.Lgs. 50/2016, qualora le attività da subappaltare non richiedano una particolare specializzazione.

**Quesito 4:** *Rif. Art. 3.6 Capitolato Tecnico. Si chiede di esplicitare le fasce orarie in cui sono consentiti gli interventi di manutenzione correttiva e preventiva senza che questi comportino un'interruzione dell'utilizzo clinico.*

**Risposta:** per quanto attiene gli interventi di manutenzione programmata gli stessi dovranno essere concordati con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale sarà installata l'apparecchiatura, unico deputato a stabilire gli orari più consoni ad evitare l'interruzione delle attività cliniche. Per quanto

attiene invece gli interventi di manutenzione correttiva (su guasto) resta confermato quanto stabilito dall'art. 3.6.2 del Capitolato tecnico.

**Quesito 5:** *si chiede di conferma di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico per quanto attiene le caratteristiche tecniche minime ed i servizi ulteriori.*

**Risposta:** Si conferma.

**Quesito 6:** *art. 6 documentazione amministrativa. Si chiede di confermare la possibilità di allegare il proprio modello di dichiarazione sostitutiva contenente tutto quanto riportato negli allegati modello 3 e modello 4.*

**Risposta:** Si conferma.

**Quesito 7:** *si richiedono chiarimenti, per ciascuna struttura sanitaria destinataria dei mammografi, circa le caratteristiche dei solai, la linea elettrica, le planimetrie, rivelatori di fumo, potenza frigorifera del condizionatore installato, carico di lavoro della diagnostica.*

**Risposta:** in merito si ribadisce quanto stabilito dall'art. **3.1 del Capitolato Tecnico "SOPRALLUOGO PREVENTIVO E ATTIVITÀ CONNESSE"**: *< Nel corso del sopralluogo, il Fornitore dovrà prendere visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, e di ogni altra circostanza che possa influire sull'installazione e messa in funzione delle apparecchiature, delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di esercizio (temperatura, umidità), le caratteristiche elettriche, del fissaggio dell'apparecchiatura, etc. Nel corso del sopralluogo di verifica il fornitore dovrà anche effettuare le verifiche di tenuta del solaio (pavimento e/o soffitto) e dei locali per il fissaggio successivo dell'apparecchiatura >.*

F.to  
II RUP  
*Dott. G. L. Pagnotta*